

ZXYTM-III
绝缘靴手套耐压试验装置

目 录

一、产品概述.....	- 2 -
二、工作原理.....	- 2 -
三、结构设计.....	- 2 -
四、技术参数.....	- 4 -
五、按键说明.....	- 4 -
六、使用方法.....	- 5 -
七、参数设定（请注意参数设定范围）.....	- 5 -
八、参数设定方法.....	- 6 -
九、打印说明.....	- 8 -
十、使用说明.....	- 9 -
十一、使用条件.....	- 10 -
十二、简要的故障排除.....	- 10 -
十三、注意事项.....	- 11 -
十四、运输与贮存.....	- 11 -
十五、开箱及检查.....	- 12 -
十六、维护保养.....	- 12 -
十七、装箱清单.....	- 12 -
十八、售后服务.....	- 13 -
附表：常用电气绝缘工具试验标准.....	- 14 -

一、产品概述

ZXYTM-III全自动绝缘靴手套耐压试验装置是绝缘手套（靴）批量试验的专用设备。也可以对安全工器具进行测试，例如绝缘杆、绝缘螺丝刀、绝缘垫等。是我公司根据绝缘手套（靴）的试验要求，并遵从广大用户意见而设计生产的。该产品有效的解决了过去不规范试验，提高了工作效率、保障了工作安全，是理想的绝缘手套（靴）专用设备。

本仪器采用先进的微电子处理技术，全部使用过程可提前进行设置，全中文界面，操作简单明了。全部测试项目设定后自动进行测试，无须人工干预。

二、工作原理

接入 0~220V 电源，根据电磁感应原理，使变压器产生 0~50kV 工频高压至各电极，使绝缘手套（靴）获得规定的试验电压。根据绝缘手套（靴）试验规程，读取、记录测试参数。

三、结构设计

该产品分三部份组成：

- 1) 绝缘手套（靴）试验车，试验车由：移动托架、盛水水槽、电极杆支撑等组成。
- 2) 绝缘手套（靴）操作箱
- 3) 试验变压器



图1 绝缘手套（靴）操作箱




图2 绝缘手套（靴）试验台

四、技术参数

1. 输入电压：AC220V 50Hz
2. 输出电压：0-50kV
3. 容量：5kVA
4. 测试数量：每次 6 只
5. 测量数据：可显示打印每只被试品电压值；泄漏电流值
6. 过流保护；过压保护；自定义时间、电压、泄漏电流值
7. 液晶显示，全中文菜单操作，带打印
8. 测量准确度：电压±1%（±3 个字）电流±1%（±3 个字）
9. 质量：绝缘靴（手套）操作箱 28Kg 工频耐压试验台 60kg

五、按键说明



图 3 操作键面板

名称		内容
显示器	LCD 显示器	a. 显示电压、电流、时间 b. 在参数设定状态下，显示参数符号及参数设定值
操	复位键	a. 程序清零

作 键	选择键 功能键	a. 进入参数设定界面 b. 确认已变更的设定值 c. 按序变换参数设定项
	移位键	a. 变更参数设定时，用于移动被设定位 b. 用于启动试验 c. 用于停止试验
	减少键	a. 变更设定时，用于减少被设定位的数值 b. 进入打印选项，并确认打印
	增加键	a. 变更设定时，用于增加被设定位的数值 b. 退出打印选项

六、使用方法

1. 功能键：在测量状态下，按一下“功能”键，进入密码输入界面，然后按“功能”键进入参数设置状态，通过“移位键”、“减少键”和“增加键”，可改变当前参数的设定值。
2. 移位键：在参数设置状态下，每按一下该键，设定值右移一位，被选定的位反白显示。当移到末位时，再按移位键，将回到首位，如此循环。
3. 减少键：在参数设置状态下，每按一下该键，设定值将自动减1，当减到0时，再按减少键，将回到9，如此循环。该键只能改变反白显示的位。
4. 增加键：在参数设置状态下，每按一下该键，设定值将自动加1，当增加到9时，再按增加键，将回到0，如此循环。该键只能改变反白显示的位。

七、参数设定（请注意参数设定范围）

显示	设定范围	说明
----	------	----

目标电压	0~50.0kV	用于设定高压侧工作电压，当高压侧电压接近此设定值时，自动启动计时功能。
时间设定	0~120S	用于设定工作时间，当计时时间到达此设定值时，表示试验结束，系统自动降压。
过流设定	0~20.0mA	用于设定泄漏电流保护值。

八、参数设定方法

注：以下参数根据用户被试品的要求进行设定

开机状态：

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 0.0
高压电压: 0.0kV	
耐压时间: 0 s	
按 ▶ 键启动	

此时操作员设置好所需参数以后，就可按按 ▶ 键启动开始测试

按操作键盘“功能”键进入[目标电压]设定

<h1>目标电压</h1> <h2>25.0KV</h2>

按操作键盘“功能”键进入[时间设定]

时间设定
0060S

按操作键盘“功能”键进入[过流设定]

过流设定
08.0mA

按操作键盘“功能”键进入返回工作界面，同时系统自动保存所设置的数据。

此时按 **▶** 键启动就可进行升压测试, 如下图

⚡ 泄漏电流 (mA) ⚡	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 0.0
高压电压: 6.5kV	
耐压时间: 0s	
正在升压, 注意安全	

当某一路的泄漏电流达到所设定的过流值并超过时, 此时会反白显示, 并且过流保护停止升压调压器自动归零, 出现以下界面:

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 7.8
高压电压: 12.0kV	
耐压时间: 0 s	
按 ▶ 键启动	

上图表示第六路的电流达到所设定的过流值

注意:

1. 请在测量前仔细检查所有设置参数，非专业人员请勿随意修改参数。
2. 请勿在测量过程中设置参数。

九、打印说明

试验完成后按  键进入打印程序，如图:

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 7.8
高压电压: 12.0kV	
耐压时间: 0 s	
按 ▼ 键打印，按 ▲ 键退出	

如上图所示方可进行打印

注意:

- ① 进行数据打印时，只能对当前测试的结果进行打印。
- ② 用户在测试前直接进入打印状态进行打印，此时所打印出来的数据均为零。

打印样式

<p style="text-align: center;">试验报告</p> <p>高压电压： 12. 0KV</p> <p>耐压时间： 00 S</p> <p>泄漏电流：</p> <p>I1: 0.0mA I2: 0.0mA I3: 0.0mA I4: 0.0mA I5: 0.0mA I6: 7.8 mA</p> <p>试验员： 日期：</p>

十、使用说明

1. 将水槽注水（水槽整个三分之二），被试品注水，绝缘靴（手套）内外盛水呈相同高度，应有 90mm 的露出水面部分，并确保绝缘靴（手套）露出水面的部分干燥清洁，然后将高压电极置于绝缘靴（手套）内并将绝缘靴（手套）夹好。
2. 绝缘靴（手套）试验车上的接地端与地网相连，绝缘靴（手套）操作箱面板接地端也与地网相连并同试验车上接地端在同一个接点位置接地网。
3. 检查总电源是否与输入电源一致（ \sim 220V 50Hz），用操作箱配的多芯电缆把操作箱同试验台相连接。
4. 合上电源开关, 进入测量状态，系统自检几秒钟。
5. 按下测试按钮, 请注意显示屏下方的提示，显示屏上的高压电压栏应有高压电压显示 (kV), 同时显示 6 路的泄露电流值 (mA)。
6. 在升压的过程中报警蜂鸣器会工作发出响声, 表示此时正在升压，请密切注

视电压值和电流值。当电压升至设定电压值时，升压就会停止，此时就会自动计时，到时间后就会自动降压。(如图 1)

7. 注意观泄漏电流值，如有绝缘靴（手套）绝缘性能下降，此时该泄漏电流将有所指示。试验过程中如任何一路电流指示超出被试品规定的范围，系统就会自动切断高压电源，关掉电源开关找出相关原因再进行试验。
8. 在升压或耐压试验过程中，如发生短路、闪络、击穿等过电流时，其对应的数据将会反白显示，并且被保持。系统将自动回零，以便下次试验。
9. 每次做完试验后必须关了电源开关后，再打开电源开关做试验即可。

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 8.7	I ₄ : 8.2
I ₂ : 8.6	I ₅ : 8.9
I ₃ : 8.4	I ₆ : 8.5
高压电压: 12.0kV	
耐压时间: 60 s	
按 ▶ 键启动	

图 1

泄漏电流 (mA)	
I ₁ : 0.0	I ₄ : 0.0
I ₂ : 0.0	I ₅ : 0.0
I ₃ : 0.0	I ₆ : 7.8
高压电压: 11.0kV	
耐压时间: 0 s	
按 ▶ 键启动	

图 2

十一、使用条件

1. 环境温度: 0~40℃
2. 海拔高度: <1000M
3. 相对湿度: <85%
4. 使用场地内应无严重影响绝缘的气体、蒸气、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

十二、简要的故障排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注

开机无任何显示	1) 电源未接通	接通电源	更换保险管应更换同型号保险管 不能用其它型号代替
	2) 仪器 10A 保险管未安装好或开路	重新安装保险管或更换保险管	
无电流电压指示	1) 设备内部插件松动	检查设备, 排除故障	
	2) 试验回路有开路故障	检查试验回路排除开路故障	

十三、注意事项

为了您和设备的安全，请操作人员仔细阅读以下内容：

1. 试验时机壳必须可靠接地。
2. 试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
3. 开机前请检查电源电压：交流 220V \pm 10% 50Hz。
4. 更换保险管和配件时，请使用与本仪器相同的型号。
5. 本仪器注意防潮、防油污。
6. 试验时请确认被测设备已断电，并与其它带电设备断开。

十四、运输与贮存

■ 运输

① 设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

② 设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装

箱时允许最高堆码层数为二层。

- ③ 运输设备途中，面板应朝上。

■ 贮存

① 设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

- ② 设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。

十五、开箱及检查

■ 开箱注意事项

开箱前请确定设备外包装上的箭头标志应朝上。开箱时请注意不要用力敲打，以免损坏设备。开箱取出设备，并保留设备外包装和减震物品，既方便了您今后在运输和贮存时使用，又起到了保护环境的作用。

■ 检查内容

开箱后取出设备，依照装箱单清点设备和配件。如发现短少，请立即与本公司联系，我公司将尽快及时为您提供服务。

十六、维护保养

- ③ 该装置使用完毕后，应将水槽放在无污染的地方。
- ④ 若长期不使用应该保持水槽内清洁无污染，电极杆、绝缘杆无水分。
- ⑤ 使用前应测量绝缘杆的绝缘电阻，必要时用高压测试其耐压值不得低于

30kV。

十七、装箱清单

1. 操作箱 1 台

2. 变压器	1 台
3. 绝缘靴水槽	6 只
4. 保险管 10A	2 只
5. 电源线	1 根
6. 接地线	3 根
7. 7 芯航插	1 根
8. 4 芯航插	1 根
9. 打印纸	2 卷
10. 线包	1 个
11. 说明书	1 本
12. 检测报告	1 份
13. 合格证/保修卡	1 份

十八、售后服务

凡购买本公司产品的用户均享受以下的售后服务：

- ❖ 仪表自售出之日起一个月内，如有质量问题，我公司免费更换新表，但用户不能自行拆机。属用户使用不当（如错插电源、进水、外观机械性损伤）的情况不在此范围。
- ❖ 仪表一年内凡质量问题由我公司免费维修。
- ❖ 仪表自售出之日起超过一年时，我公司负责长期维修，适当收取材料费。
- ❖ 若仪表出现故障，应请专职维修人员或寄回本公司修理，不得自行拆开仪表，否则造成的损失我公司不負責任。

附表：常用电气绝缘工具试验标准

序号	名称	电压等级 (KV)	周期 (年)	交流电压 (KV)	时间 (min)	泄漏电 流 (mA)	备 注
1	绝缘板	6~10	1次	30	5		
		35		80			
2	绝缘罩	35	1次	80	5		
3	绝缘夹钳	35以下	1次	3倍线电压	5		
		110		260			
		220		400			
4	验电笔	6~10	2次	40	5		
		20~35		105			
5	绝缘手套	高压	2次	8	1	≤9	
		低压		2.5		≤2.5	
6	核相器	6	2次	6		1.7~2.4	
		10		10		1.4~1.7	
7	橡胶绝缘	高压	2次	15	1	≤7.5	